

Ao

Serviço Social do Comércio

Administração Regional do Distrito Federal - SESC-AR/DF.
Setor de Indústria e Abastecimento, Trecho 02, Quadra 02, Lote 1.130, Térreo.
Brasília/DF - CEP: 71.200-020.

At. Sr. Pregoeiro Fábio Zacarias de Souza
Núcleo de Licitações - Sesc-AR/DF

E-mail: licitacao@sescdf.com.br

Referência: Pregão Eletrônico SRP n.º 16/2020.
Processo n.º 4280-3/2020

Assunto: pedidos de esclarecimentos com sugestões de alterações.

A empresa Tiradentes Médico-Hospitalar Ltda., CNPJ. 01.536.135/0002-10, com sede no SHCS, Quadra 202, Bloco C, Loja 28, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.232-535, vem, respeitosamente, PEDIR ESCLARECIMENTOS E SUGERIR ALTERAÇÕES no Edital do Pregão Eletrônico SRP n.º 16/2020 – SESC-AR/DF, pelos motivos abaixo:

1 - DA TRANSCRIÇÃO DO EDITAL QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA – Item 5.1.:

“5.1. A entrega dos produtos deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis, após a emissão e comprovação de recebimento do Pedido ao Fornecedor – PAF a ser emitido pela Coordenação de Compras – Cocomp.”

> DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA – Item 5.1.:

- Solicitamos, gentileza, seja alterado o prazo de entrega para até 90 (noventa) dias corridos, após a emissão e comprovação de recebimento do Pedido ao Fornecedor – PAF a ser emitido pela Coordenação de Compras – Cocomp.
- Entendemos, respeitosamente, que o prazo de entrega de 05 (cinco) dias úteis, não é compatível com os trâmites de pedido ao fabricante, faturamento, logística, transporte e entrega ao SESC-DF.
- Bem como, devido aos reflexos provocados pela pandemia do COVID-19, o fabricante não está regular em seu fluxo de fabricação, logística e atendimento aos pedidos feitos por clientes particulares e públicos de todo o território nacional. Sendo assim, é possível constatar no próprio site do fabricante o prazo que está sugerindo para atender aos clientes “90 dias” (Arquivo Anexo com telas do site do fabricante).



TIRADENTES MÉDICO - HOSPITALAR LTDA.

MATRIZ: GOIÂNIA - GO: RUA 74, N.º 152 - CENTRO - CEP: 74.045-020 - FONE (62) 3221-8900 - CNPJ: 01.536.135/0001-39
FILIAL: BRASÍLIA - DF: SCS - 202, BLOCO C - LOJA 28 - CEP: 70.232-535 - FONE (61) 3225-1020 - CNPJ: 01.536.135/0002-10
FILIAL: CUIABÁ - MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (CPA), N.º 488, BAIRRO BAÚ - CEP: 78.008-000 - FONE (65) 3621-4030 - CNPJ: 01.536.135/0005-62

2 - DA TRANSCRIÇÃO DO EDITAL QUANTO AO LOTE 1 – ITEM 1 – ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE:

“ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE” “Caneta de alta rotação, corpo em alumínio ou aço inoxidável, rolamentos cerâmicos, encaixes borden dois furos, sistema push botton, spray triplo no mínimo, cabeça arredondada e pequena, rotação: 280 000 - 380 000 rpm, esterilizável em autoclave até 135°C, peso de até 60 grs, controle de rotação através do pedal de comando. Torque mínimo: 0,13 NCM.”

> DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL QUANTO AO LOTE 1 – ITEM 1 – ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE:

Para que haja a ampla participação de licitantes e maior competitividade entre os mesmos, solicitamos seja alterada na descrição da Caneta de alta rotação: “rotação: Mínima: 280.000 rpm. Máxima: 420.000 rpm”, bem como, “Torque: de 0,05 a 0,18 N.cm.” (Marca: Dabi Atlante).

3 - DA TRANSCRIÇÃO DO EDITAL QUANTO AO LOTE 1 – ITEM 3 – CONTRA ÂNGULO:

“CONTRA-ÂNGULO” “Contra-ângulo, acoplável ao micromotor, corpo em alumínio e latão, giro livre de 360º sobre o micromotor, spray externo, encaixe universal, relação de transmissão 1:1, cabeça pequena e anatômica, rotação máxima de 20.000 rpm, autoclavável em até 135°C, peso de até 50 grs, controle de rotação através do pedal de comando.”

> DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL QUANTO AO LOTE 1 – ITEM 3 – CONTRA ÂNGULO:

Para que haja a ampla participação de licitantes e maior competitividade entre os mesmos, solicitamos seja alterada na descrição do Contra Ângulo: “corpo em alumínio e/ou latão.”

Pedimos e aguardamos deferimento das alterações solicitadas.



➤ **Favor acusar desta correspondência eletrônica.**

Brasília-DF, 20 de outubro de 2020.

Karine Soares Saraiva de Albuquerque
Tiradentes Médico-Hospitalar Ltda.
Nome Completo: Karine Soares Saraiva de Albuquerque
Qualificação: Procuradora
Cédula de Identidade n. 3.345.698 - SSP/DF
CPF: 063.752.371-73

TIRADENTES MÉDICO - HOSPITALAR LTDA.

MATRIZ: GOIÂNIA - GO: RUA 74, Nº 152 - CENTRO - CEP: 74.045-020 - FONE (62) 3221-8900 - CNPJ: 01.536.135/0001-39
FILIAL: BRASÍLIA - DF: SCHS - 202, BLOCO C - LOJA 28 - CEP: 70.232-535 - FONE (61) 3225-1020 - CNPJ: 01.536.135/0002-10
FILIAL: CUIABÁ - MT: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (CPA), Nº 488, BAIRRO BAÚ - CEP: 78.008-000 - FONE (65) 3621-4030 - CNPJ: 01.536.135/0005-62