

Brasília, 13 de janeiro de 2023

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 115/2022 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA DIGITAL

Em atenção à solicitação apresentada, informamos o que segue:

Primeiramente, o Sesc é instituição com personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto Lei n. 9.853/46, regido por regulamentos próprios, formalmente aprovados pelos Decretos nº 60.344/67, nº 61.836/67 e pelos demais que vieram complementá-los e/ou alterá-los. A Instituição não tem fins lucrativos e não utiliza recursos federais.

Portanto, no âmbito dos processos licitatórios que realiza não se reporta diretamente à Lei Federal de Licitações, mas, especificamente, à Resolução Sesc nº 1.252/12, instituída para nortear tais certames.

Quanto aos pedidos de esclarecimento encaminhados por e-mail, em 21/12/2022, às 15h50, este segue de forma TEMPESTIVA, conforme disposto em Edital.

Questionamento 1: Altura ajustável entre mínima 810 mm a 1400mm:

Resposta: Após consulta a área técnica, foi-nos informado que de acordo com o Anexo I do Termo de Referência, a altura ajustável mínima está entre 690 mm e 1500 mm. Assim, entende-se que o equipamento que a empresa poderá ofertar atende a especificação.

Questionamento 2: Da Potência Nominal:

Resposta: Após consulta a área técnica, foi-nos informado que se entende que a potência mínima é acima de 3,4 KW atende as necessidades do SESC-AR/DF.

Questionamento 3: Da Faixa de KV:

Resposta: Após consulta a área técnica, foi-nos informado que de acordo com o Anexo I do Termo de Referência, a faixa de KV dentro do range da variação de 20 a 39 KV em passos de 1K. A sugestão da empresa para alteração para variação de 23 a 35kV em passos de 1KV. Assim, entende-se que o equipamento que a empresa poderá ofertar atende a especificação.

Questionamento 4: Faixa de mA:

Resposta: Após consulta a área técnica, foi-nos informado que de acordo com o Anexo I do Termo de Referência, a faixa de mA está dentro da variação de 10 a 110 mA para foco grosso no range entre 10 e 40 mA para foco fino. A sugestão da empresa para alteração é de 91 a 120 mA para foco grosso no range entre 31 a 42 mA para foco fino. Entende-se que o texto descrito no Anexo I do Termo de Referência atende as necessidades do SESC-AR/DF.

Questionamento 5: Monitor colorido:

Resposta: Após consulta a área técnica, foi-nos informado que de acordo com o Anexo I do Termo de Referência, o Monitor colorido mínimo 19" independente acima de 2MP. A sugestão da empresa para alteração é para monitor colorido mínimo de 19" independente de 2MP ou maior. Assim, entende-se que o equipamento que a empresa poderá ofertar atende a especificação. O texto não será alterado.

Ressaltamos que o Edital foi suspenso em 23 de dezembro de 2022 para correção e atualização de alguns itens.

Por fim, informamos que oportunamente o edital será republicado com as devidas retificações, a ocorrer no portal Comprasnet (www.gov.br/compras).

Vivianny Barros de Azevedo
Supervisão de Compras
Coordenação de Compras e Contratos – Cocomp
Sesc-AR/DF